





# 購 入 仕 様 書

1. 品 名 ニスキン採水器
2. 数 量 12本
3. 仕 様 以下の仕様を満たすものであること。
  - (1) 外付けスプリング型であること。
  - (2) 容量が10Lであること。
  - (3) 直径150mm×高さ1070mm以内であり、蒼鷹丸CTD採水器システムに装着可能であること。
  - (4) ボトル本体が3000m以上の水圧に耐える強度を有すること。
4. 納入場所 神奈川県横浜市金沢区福浦2-12-4  
国立研究開発法人水産研究・教育機構  
中央水産研究所
5. 納入期限 平成31年 3月22日
6. そ の 他
  - (1) 搬入前に蒼鷹丸CTD採水器への取り付け調整を行うこと。  
必要な経費は請負業者の負担とする。
  - (2) 詳細については担当職員の指示に従うこと。