

業 務 仕 様 書

1. 件 名 安全キャビネット保守点検業務
2. 業務目的 中央水産研究所遺伝子組換え魚介類検査室所有の下記の機器（3 台）について、HEPA フィルターの全交換等の保守、動作確認等の点検を行い、適正な機能を発揮できるようにすることを目的とする。
3. 規格・数量 安全キャビネット SANYO MHE-131AJ SERIAL NO. 070043, 070038, 070048
3 台
4. 業務場所 神奈川県横浜市金沢区福浦 2-12-4
国立研究開発法人水産研究・教育機構
中央水産研究所 横浜庁舎
5. 業務期限 平成 30 年 11 月 30 日
6. 業務内容
 - 1) ホルムアルデヒドガス殺菌を行う。
 - 2) HEPA フィルター全交換と旧フィルターの廃棄を行い、使用するフィルターはメーカー純正品を使用すること。
 - 3) 交換後の吹き出し風速測定、流入風速測定、清浄度測定、気流方向性試験、交換後の HEPA フィルターの透過率測定を行う。
 - 4) 交換後、正常に機械が作動することを確認する。
 - 5) 上記作業に要した技術料、交換部品代金および出張費は、すべて本契約料金に含まれるものとする。
7. 交換・保守作業の確認
 - 1) 作業を実施した際は「作業報告書」を作成し、担当職員に提出する。
8. その他 詳細や本仕様書に定めていない事項に関しては担当職員と協議し、その指示に従うものとする。