

購入仕様書

1. 品 名 大型マッフル炉

2. 数 量 1 式

3. 仕 様

- 1) 炉内寸法 幅 76cm 以上、奥行 51cm 以上、高さ 15cm 以上、炉の底面の高さは床から 70 から 75cm。
- 2) 温 度 常用 450℃以上
- 3) 電 源 単相 200V、50A 以下
- 4) 重 量 450kg 以下
- 5) 安全回路 漏電ブレーカー、過電流または過昇温防止機構、独立過熱防止装置があること。また、扉が開いた状態では通電を遮断すること。
- 6) 温 調 器 温度設定および一定温度の保持ができ、オフタイマー付きであること。
- 7) 発熱体保護 保護シースがあること。
- 8) 扉 扉は開いた状態で保持できること。また、安全のため、扉が開いた状態では通電を遮断すること。
- 9) 断 熱 材 厚生労働省により規制されているリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)を不使用なこと。
- 10) 内部棚 内部に蒸発皿が合計 12 枚収納できるように棚を入れること。

4. 納入場所 神奈川県横浜市金沢区福浦2-12-4

国立研究開発法人水産研究・教育機構

5. 搬入設置

- 1) 周辺施設を養生し、当所指定場所に運搬すること。
- 2) 既存マッフル炉一式(計3台)を撤去、当所指定場所に運搬すること(既存機器の処分は当所にて行う)。

6. 納入期限 令和3年12月27日

7. その他

- 1) 器械を使用する職員に対して、納入時に操作説明を行うこと。
- 2) 納入時における撤去、搬入及び設置に係る諸費用を含むこと。ただし、既存マッフル炉の廃棄処分費は含まない。撤去、搬入及び設置の日程について、担当者と協議すること。
- 3) 納入後、1か年以内に当方の責に帰しない欠陥が生じた場合には、契約業者の責任において修理を行うこと。
- 4) 詳細については担当職員の指示に従うものとする。